

ООО «Современные торговые решения»



## Инструкция по эксплуатации

Мойка медицинская по ТУ 32.50.30–001–17031631–2026

**МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ ММ 13.008**

Москва, 2026

## Инструкция по эксплуатации медицинского изделия

### Мойка медицинская ММ 13.008

ТУ 32.50.30–001–17031631–2026

РУ \_\_\_\_\_

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации мойки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Мойка медицинская ММ 13.008 (далее по тексту — мойка, мойки) предназначена для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой, инструментами, материалами и иными изделиями, в том числе мытья медицинских инструментов и принадлежностей в различных специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СанПин 2.1.3678-20 (например: процедурный кабинет, перевязочный кабинет, моечная при операционной, малой операционной или реанимационной, в лабораториях и т.д. помещениях, где происходит манипуляция и очистка изделий применяемых в медицинских учреждениях), в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Условия применения: использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СанПин 2.1.3678-20.

Показания к применению: мытье и иные манипуляции с лабораторной посудой, инструментами, материалами и иными изделиями, в том числе мытье медицинских инструментов и принадлежностей.

Противопоказания к применению: не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Побочные эффекты: не выявлены.

Потенциальные потребители: квалифицированный медицинский и лабораторный персонал в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

1.2. Мойка изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C при относительной влажности не более 80%.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.2.1. Основные параметры и размеры мойки указаны в таблице 1.

Таблица 1. ММ 13.008

Габаритные размеры, мм, ± 10%	Значение
Ширина, мм	640
Глубина, мм	640
Высота, мм	850
Вес, кг, ± 10%	51

2.2.2. Функциональные размеры указаны в таблице 2.

**Таблица 2.**

Функциональные размеры, мм, ± 10%	Размеры, мм, ± 10%
Внутренний размер чаши:	Ширина: 340 мм, Длина: 440 мм, Глубина: 200 мм
Высота регулируемой опоры (высота основания):	100 мм

2.3. Характеристики:

2.3.1. Мойка поставляется в собранном виде.

2.3.2. Столешница мойки выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 60 кгс.

2.3.3. Мойка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку на дно ящика, полки — 20 кгс.

### **3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

3.1. Комплект поставки мойки соответствует указанному в таблице 3.

**Таблица 3.**

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.	Размеры, мм, ± 10%
1	Мойка в сборе	1	640x640x850
2	Инструкция по эксплуатации	1	A4

### **4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

4.1. Мойка установлена на регулируемые по высоте опоры.

4.2. Мойка собрана из элементов, выполненных из композитных материалов, раковина выполнена из полипропилена.

4.3. Мойка представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию.

4.4. Элементы мойки закреплены относительно друг друга с помощью эксцентриковых стяжек, евровинтов, металлических и пластиковых уголков, шурупов, винтов, гвоздей, петель и направляющих (для выдвижных ящиков).

4.5. Все видимые кромки облицованы кромочной лентой ПВХ.

### **5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

5.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом (отверткой).

5.2. Мойку, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

## 6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1 Транспортировка мебели должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2 Размещение и крепление упаковок с мебелью в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

6.3 Мебель предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

6.4 Сохранность и продолжительность эксплуатации мебели зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени, от правильного обращения и своевременного ухода за ней. Изделие при транспортировании и хранении на складе в транспортной упаковке должно быть устойчиво к климатическим воздействиям по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре от  $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности не более 98%. Изделие при эксплуатации должно быть устойчиво к климатическим воздействиям, при температуре от  $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности не более 80%.

**Рекомендуется:** удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги и растворителей; хранение в сырых неотопливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие прямых солнечных лучей.

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мойки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода мойки в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие, или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ ММ 13.008

Дата выпуска \_\_\_\_\_ М. П.

Соответствует ТУ 32.50.30–001–17031631–2026 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

наименование и тип изделия

дата выпуска

номер ТУ

Приобретено \_\_\_\_\_

дата, подпись, штамп торгующей организации

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией, в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» для отходов класса А.

Предприятие-изготовитель: **ООО «Современные торговые решения»**

Юридический адрес: 108807, город Москва, Филимонковский район, посёлок Птичное,  
ул. Центральная, д. 1, оф. 24.

Место производства: 108828, г. Москва, вн.тер.г. поселение Краснопахорское,  
квартал 31, д. 2, стр.1

Тел.: +7 (495) 480-05-95

E-mail: [info@optmebel.ru](mailto:info@optmebel.ru) [www.optmebel.ru](http://www.optmebel.ru)